Diabetesmanagerin ja pumpun yhdistäminen

Kun sait diabetesmanagerin ja pumpun samassa pakkauksessa, ne oli jo valmiiksi yhdistetty. Jos toinen tuotteista on vaihtunut uuteen, joudut yhdistämään laitteet uudestaan, ennen kuin diabetesmanageria voi käyttää pumpun kauko-ohjaimena. Aiempi yhteys on kuitenkin ensin purettava.

1a. Aiemman yhteyden purkaminen diabetesmanagerista (jos sait uuden pumpun):



1. Valitse päävalikosta Viestintä.



2. Valitse Hallitse nykyisiä yhteyksiä.

3. Valitse X pumpun nimen vierestä.

4. Valitse Kyllä.

1b. Aiemman yhteyden purkaminen pumpusta (jos sait uuden diabetesmanagerin):

1. Siirry kohtaan Viestintä painamalla Asetukset-valikossa näppäintä alas-näppäintä. Valitse painamalla ok-näppäintä .

2. Viestintä-valikko avautuu. Siirry kohtaan Poista laite painamalla alas-näppäintä. Valitse painamalla ok-näppäintä.

3. Poista laite -näyttö avautuu. Siirry sen laitteen kohdalle, jonka haluat poistaa luettelosta, painamalla alas- tai ylös-näppäintä. Vahvista painamalla ok-näppäintä.

2a. Diabetesmanagerin ja pumpun yhdistäminen:



1. Valitse diabetesmanagerin päävalikosta Viestintä.

2. Valitse Määritä uudet yhdistämisasetukset.

3. Diabetesmanagerissa avautuu Valmistele laite -näyttö.

3. Valitse PUMPUSTA Asetukset -> Viestintä -> Lisää laite



4. Pumpussa avautuu Lisää laite -näyttö, jossa näkyy pumpun sarjanumero.

5. Valitse diabetesmanagerista Seuraava

6. Diabetesmanagerissa näkyy Etsii-näyttö sen etsiessä hakutilassa olevia Bluetooth-laitteita.





7. Valitse luettelosta pumpun näytöllä näkyvä sarjanumero.

8. Diabetesmanageri yrittää muodostaa yhteyttä pumppuun, ja Yhdistää-näyttö on auki.

9. Pumpussa avautuu Lisää laite -näyttö.

10. Varmista, että diabetes-managerin PIN-koodi vastaa pumpun näytöllä näkyvää koodia. Valitse diabetes-managerista Kyllä.



11. Vahvista tämä pumpusta.

12. Valitse OK.