ACCU-CHEK® Aviva Expert


Roche

Ohjaava boluslaskuri.




Vain 3 helppoa vaihetta!

1. Ota näyte



Pese ja kuivaa kätesi. Valmistele lansettikynä sormenpäästä tehtävään mittaukseen. Työnnä testiliuskan kullanvärinen pää mittariin nuolen osoittamaan suuntaan. Mittari käynnistyy. ”Aseta näyte” ilmestyy näyttöön.




Ota verinäyte. Kosketa veripisaraa testiliuskan keltaisen alueen etureunalla. Älä aseta verta testiliuskan päälle. Kun testiliuskaan on imeytynyt tarpeeksi verta, mittaus alkaa.




N. 5 sekunnin kuluttua tulos ilmestyy näyttöön. Irrota ja hävitä käytetty testiliuska.

2. Syötä hiilihydraatit



3 sekunnin kuluttua tuloksen ilmoituksesta saat oheisen näkymän näyttöruudulle. Nyt voit lisätä tietoa ateria-ajasta, suunnitellusta ruokailusta tai terveystapahtumista, kuten liikunnasta. Valitse hiilihydraatit painamalla alhaalla olevaa pehmonäppäintä. Sen jälkeen paina enter-näppäintä syöttääksesi hiilihydraatit.



Käytä ylä- ja alanäppäintä syöttääksesi oikean hiilihydraattimäärän. Vahvista määrä painamalla enteriä.

3. Bolusehdotus



Paina oikean puoleista pehmonäppäintä saadaksesi oheisen näkymän näytölle. Paina uudestaan näppäintä, jolloin saat suositellun bolusehdotuksen.



Pistä suositeltu määrä insuliiniä. Vahvista tämä ok-näppäimellä, jolloin samalla palaat päävalikkoon.

ACCU-CHEK® FastClix

Roche


Vain 1 painallus!





Näytteen ottaminen

Aseta Accu-Chek FastClix -lansettikynä napakasti sormenpään reuna-alueelle ja **paina - vain yhden kerran.**




Accu-Chek FastClix -lansettirullan poistaminen

Kun numeronäyttö vaihtuu 1:ksi, on viimeinen 6:sta lansetista otettu käyttöön. Tämän jälkeen on aika vaihtaa uusi lansettirulla: Irrota kärkiosa ja vedä rulla ulos. Punainen väri kertoo käytetystä lansettirullasta, jota ei voi asettaa enää takaisin. Rulla voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana.



Lansetin vaihtaminen

Työnnä vipua yhden kerran edestakaisin vaihtaaksesi uuden lansetin. Accu-Chek FastClix-lansettirullassa on 6 lansettia käyttövalmiina. Puhtaan lansetin vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.



Accu-Chek FastClix -lansettirullan asettaminen

Uuden lansettirullan asettaminen on helppoa: irrota kärkiosa, työnnä rullan valkoinen osa edellä niin pitkälle kuin se menee, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Asiakaspalvelupuhelin **0800 92066** (maksuton)
www.accu-chek.fi

Koe mahdollisuutesi.

ACCU-CHEK®

AE PIKAOHJE 11/2013