
Accu-Chek® Insight Rapid -infuusiosetin yhdistäminen ja käyttö

Accu-Chek Insight Rapid -infuusiosetti on tarkoitettu käytettäväksi insuliinin subkutaani-infuusioon yhdessä Accu-Chek Insight -insuliinipumpun kanssa.



Kanyyliosa
A Pidin
B Kiinnityslaastari
C Taustapaperi
D Neulan suojus
E Kanyyli (teräs)
F Liitososa




Letku
G Liitososa
H Siiveke
I Yhdistäjä

Ennen kuin asetat infuusiosetin ensimmäistä kertaa, aseta letkun sekä kanyyliosan täyttömäärä insuliinipumppuun tämän täyttöohjeen mukaan.

Letkun pituus	40 cm	70 cm	100 cm	KANYYLIOSA 6 / 8 / 10
Yksiköt (noin)	9 U	13 U	17 U	2 U

1. Infuusiosetin liittäminen – infuusiosetin eri osien yhdistäminen



Pese ja kuivaa kätesi. Yhdistä kaksi liitososaa toisiinsa, jotta saat letkun kiinnitettyä kanyyliosaan. Liitososien kiinnittämisestä kuuluu napsahdus, kun ne yhdistetään oikein.




Suorita insuliinisäiliön vaihtaminen, kuten pumpun ohjekirjassa on neuvottu. Varmista, että yhdistäjä on yhdistetty pumpun säiliöön.




Täytä koko infuusiosetti (kanyyliosa ja letku) kunnes näet kuplattoman insuliinipisaran tipahtavan kanyylistä.


2. Letkun ja kanyyliosan täyttäminen




Testauksen jälkeen "täytä letku" valikko ilmestyy. Paina ● vahvistaaksesi.



Paina ● vahvistaaksesi



Pumppu aloittaa automaattisesti täyttämään letkua. Pysäytä täyttäminen, kun kuplatonta insuliinia alkaa tippumaan kanyylin päästä painamalla ●●.




Paina ● vahvistaaksesi.


Tärkeää:
Pumpun näyttöön ilmestyy “Kiinnitä infuusiosetti iholle”. Älä yhdistä infuusiosettiä vielä vartaloosi!



Älä yhdistä vielä infuusiosettiä vartaloosi!
Paina ● vahvistaaksesi. “Täytä kanyyli” valikko ilmestyy.



Pumppu aloittaa automaattisesti täyttämään kanyyliä. Pysäytä kanyylin täyttäminen, kun kuplatonta insuliinia tippuu kanyylin päästä painamalla ●●.




"Käynnistetäänkö insuliiniannostelu?" ilmestyy näyttöön. Jos insuliinia ei tipu kanyylin päästä paina "ei" ●● ja toista täyttövaiheet alusta. Jos insuliinia tipuu ulos, paina "kyllä" ● käynnistääksesi pumpun.

HUOMIO:
Infuusiosetti pitää olla kokonaan täytetty ja ilmakuplia ei saa jäädä systeemiin. Näin ehkäistään liian alhaisen insuliinimäärän syöttö.

3. Infuusiosetin asettaminen


Nyt voit kiinnittää kanyylin ihoosi. Lue huolellisesti ja seuraa ohjeita, jotka tulivat infuusiosetin mukana.




Pidä kiinni kanyyliosan pitimestä. Poista molemmat taustapaperit.




Kierrä ja poista neulansuojus.



Muodosta ihopoimu valitsemaasi pistokohtaan. Pistä kanyyli nopealla liikkeellä ja pystysuoraan (90° kulmassa) ihopoimuun.



Painele kiinnityslaastari ihoon ja pidä paikoillaan yhdellä kädellä.



Toisella kädellä paina pidin sivuun, kunnes se irtoaa itsestään. Voit nyt aloittaa pumpun käyttämisen.

Tarkemmat ohjeet ja tärkeät turvallisuustiedot löydät infuusiosetin pakkauksesta sekä Accu-Chek Insight -inuliinipumpun käyttöohjeesta.

Asiakaspalvelu 0800-92066 (maksuton)
fi.accuchek@roche.com

www.accu-chek.fi
ACCU-CHEK and ACCU-CHEK INSIGHT ovat Rochen rekisteröityjä tuotemerkkejä.
© 2020 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK®

Insight Rapid lyhyt käyttöohje 02/2020