ACCU-CHEK® Instant

Roche

Langaton yhteys sovellukseen

Mittarin näppäin

Tavoitealueen osoitin

Micro USB-portti

Liuskaportti

Testiliuska

Verensokerimittauksen tekeminen

Ennen kuin aloitat, pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualla, huuhtele hyvin ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pyyheliinalla. Aseta testiliuskan metallinvärinen pää mittariin. Mittari käynnistyy automaattisesti.

Kun mittarin näyttöön ilmestyy testiliuskan ja vilkkuvan veripisaran kuva, tee pisto Accu-Chek FastClix-lansettikynällä.

Kosketa muodostunutta veripisaraa testiliuskan keltaisen alueen reunalla. Kun tiimalasi-symboli alkaa vilkkumaan vie sormi testiliuskalta pois.

Saat tuloksen näytölle alle 4 sekunnissa. Tavoitealueen osoitin näyttää onko tuloksesi ennalta asetetun tavoitealueen ylä- tai alapuolella vaiko tavoitealueella. Tavoitearvot voidaan yksilöidä vastamaan henkilökohtaisia hoidontavoitteita.

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Instant

Roche

Hur man gör en blodsockermätning

Innan du startar, tvätta händerna med tvål och varmt vatten och torka dem ordentligt med en ren handduk. Placera testremsans metallfärgade ände i mätaren. Mätaren startar automatiskt.

När en bild på testremsa och blinkande bloddroppe dyker upp på mätarens skärm, gör ett stick med Accu-Chek FastClix-lansettpennan.

Tillför bloddroppen till kanten av testremsans gula område. När timglassymbolen börjar blinka kan du ta fingret bort från testremsan.

Resultatet visas på skärmen inom 4 sekunder. Målområdesindikatorn visar om ditt resultat ligger över eller under det inställda målområdet. Målvärdena kan individualiseras till att motsvara personliga vårdmål.

ACCU-CHEK®